



Biskupiec, 19.07.2013 r.

Nr sprawy: ZaSP-341/P/6/13

**Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wszyscy wykonawcy

W związku z otrzymanym w dniu 19.07.2013 r. zapytaniem do przetargu p.n.: **Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej przedstawiamy treść zapytania oraz wyjaśnienia.

Proszę o informacje zwrotną związaną z pozycją 6 w części Laboratorium chemiczne niniejszego postępowania:

1) Czy zamawiający dopuści zasilacz o n/w parametrach technicznych:

Napięcie: 30V/2A DC

CECHY

Płynna regulacja napięcia i prądu w pełnym zakresie

Praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie)

Możliwość ustawienia ograniczenia prądu obciążenia w dowolnym



punkcie zakresu pracy

Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami

SPECYFIKACJA+

Napięcie zasilania

230VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz

Dokładność odczytu

napięcia+

prądu+

Obciążeniowy współczynnik stabilizacji

napięcia CV

0,01%+2mV

prądu CC

0,2%+3mA

Współczynnik stabilizacji

napięcia CV

0,01%+2mV

prądu CC

0,2%+3mA

Tętnienia i szumy

napięcia CV

1mVrms

prądu CC

2mArms

Czas gotowości

<100us

Współczynnik temperaturowy

<200ppm/°C

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciążenia)

PARAMETRY FIZYCZNE

Wyświetlacz

Wyświetlacz cyfrowy

LED 3 1/2 cyfry

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zasilacza.

DYREKTOR

Krzysztof Dembowski